

光田醫院沙鹿&向上院區--4張透視電動手術床

項次	項目名稱及規格說明	廠商檢核 (標明佐證出處)
一、手術床規格：		
1	床台尺寸：寬600mm(±50mm)(不含軌道)×長2274mm(±100mm)(含頭板)	
2	昇降範圍：598~1148mm	
3	前後傾斜：頭低腳高 傾斜≥35°，頭高腳低傾斜≥35°	
4	左右傾斜：≥25°	
5	背板屈折角度：≥+90° / ≥-90°	
6	頭板手動角度：≥+45° / ≥-30°	
7	電動腳板(2個腳板可拆式)：≥+90° / ≥-105°	
8	水平滑動(要符合C-arm): 頭方向≥200mm / 腳方向≥200mm，滑動範圍達≥400mm或更大	
9	載重量：≥454kg(病人體重250kg)	
10	電壓：100V-240V(50/60Hz)	
二、手術床特性：		
1	多功能手術床，可進行X光線透視攝影(可全身)，可運用在耳鼻喉科、腹部、肩頸、腰部、腹腔鏡、泌尿科、腰椎、減重等手術。	
2	在基座上具備緊急控制面板，並有防止誤觸功能。	
3	手術檯前後傾斜，同時左右傾時有角度限制。	
4	手控制器：有兩組記憶功能；自動水平復歸功能；遙控器操作時有亮燈指示。	
5	內藏蓄電池充電器，斷電時可自動轉換為電池電力，操作時不斷電。	
6	四個萬向輪和一個第五輔助輪，四點煞車系統，煞車時可自動平衡床面。	
三、單張手術床附件如下，共需4張：		
1	手術床本體 x 1台	
2	可拆洗床墊 x 1組	
3	有線遙控器 x 1個	
4	手臂板(手架)x 2個	
5	麻醉布簾架 x 1個	
6	側臥手架 x 1個	
7	側臥腰架 x 1組2個	
8	萬向固定器x 4個	
9	腿架用固定器 x 2個	
10	腿架用配件台車 x 1台	
11	頭部支撐墊(甜甜圈,中空圓形頭抗壓墊)x 1個	
12	側臥支撐墊(腋下抗壓墊) x 1個	
13	中型手術台身體抗壓墊*1(頭到臀部的，約100*50.8*1.5cm)	
14	手臂抗壓墊*2	
15	足跟抗壓墊*2	
16	胸部約束帶*2	
四、手術床特殊配件：		
1	骨科床用骨科架(骨科牽引架) x 2個	
2	肩部手術架(海灘椅)* 1個	
3	全透視手板*1組(1組左右2手) 1組左右邊(心外用)	
4	ALLEN手術腳架 x 2對(1對2隻腳)(承載腳重227kg)	