

# 111 年大甲院區放射科-移動式 X 光機規格說明表

對照仿單頁數	項次	品項規格說明	需求	符合	不符合	備註
	一、	移動式 X 光機				
	1-1.	X 光機總重量：600kg↓	需具備			
	1-2.	X 光電動驅動方式往前移動速度：5km/h(含) ↑	需具備			
	1-3.	X 光爬坡梯度：5 度(含) ↑	需具備			
	1-4.	內建觸控面板螢幕：15 吋(含) ↑	需具備			
	1-5.	立柱旋轉角度：±270 度(含) ↑	需具備			
	1-6.	球管水平延伸範圍：110cm(含) ↑	需具備			
	1-7.	X 光高壓產生器輸出功率：30KW(含) ↑	需具備			
	1-8.	X 光管球最大熱容量：300KHU(含) ↑	需具備			
	1-9.	具原廠無線遙控器：8M↑	需具備			
	1-10.	儲存影像：3000 張(含)↑	需具備			
	1-11.	BARCODE READER：具有功能	需具備			
	1-12.	DICOM 3.0 影像上傳功能：具有功能	需具備			
	1-13.	影像成像預覽時間：3s↓	需具備			
	1-14.	片匣槽加鎖：具備功能	需具備			
	二、	無線式平板數位影像檢測器				
	2-1.	傳輸方式：無線+有線	需具備			
	2-2.	材質：CsI	需具備			
	2-3.	像素間距：175µm(含)↓	需具備			
	2-4.	空間解析度：3.4 lp/mm(含)↑	需具備			
	2-5.	重量：3.6kg(含)↓	需具備			
	2-6.	防水等級：IPX4(含)↑	需具備			
	2-7.	平均承重：150kg(含)↑	需具備			
	2-8.	單點承重：110kg(含)↑	需具備			
	三、	進階功能				
	3-1.	smart grid 軟體	需具備			

廠商檢核章

請確認上表規格皆有標明佐證出處或寫出差異處，謝謝