

胎兒監視器-單胞胎

項次	項目名稱及規格說明	數量	廠商檢核 標示佐證出處 或 寫出差異
----	-----------	----	--------------------------

一、功能規格：

1	胎心音及宮縮探頭須均採用完全防水之設計，且探頭與母親接觸面均須為完全之平面設計，讓母親更舒適。	2台	
2	胎心音超音波使用9晶體探頭；於焦點7cm深、20dB時，量測之範圍須 ≥ 16.6 平方公分。以簡易穩定測量12~16週胎兒之心跳。	2台	
3	防水傳導器，輕巧，耐用且易於清洗。	2台	
4	超音波訊號品質可依0%-75秒，15%-120秒，30%-300秒三階段警示好壞。	2台	
5	可任意調整胎兒心跳之警告上下限，警報時螢幕燈號閃爍及變色。	2台	
6	子宮收縮歸零具手動及自動二種方式。	2台	
7	可調整胎心音之大小聲(具三段以上之調整)。	2台	
8	具事件(Remote Marker)紀錄按鈕。	2台	
9	紀錄速度具為1，2或3 cm/min設定調整。	2台	
10	可連續紀錄*胎兒心跳速率*胎兒活動*子宮收縮活動。	2台	
11	超音波：測量範圍：30~240bpm。	2台	
12	胎兒心跳速率警告，發生時會記錄警告設定之上、下限。	2台	
13	具資料輸出功能，未來可擴充連線胎兒監視器中央站。	2台	
14	附衛生署醫療器材許可證。	2台	

二、配件明細：

1	<ul style="list-style-type: none"> . 單胞胎兒監視器主機*1台 . 胎心音傳導器*1組 . 宮壓力(TOCO)傳導器*1組 . 遙控Event Marker*1組 . 記錄紙*1本 . 台製台車*1台 	2台	
---	--	----	--

●●請確認上表格之廠商檢核欄位，皆有標明佐證出處或寫出差異處，謝謝

廠商檢核蓋章處：_____