

骨質密度測量儀-功能規格表

項次	項目名稱及規格說明	廠商檢核 標示佐證出處 或 寫出差異
功能規格：		
1	測量部份：跟骨	
2	測量方法：乾式(傳導介質),音波穿透	
3	測量參數：SOS	
4	可使用彩色觸控式螢幕輸入病人資料	
5	測量完成後可儲存12000筆資料於主機內	
6	偵測頭型式：固態定型,單邊自動固定	
7	踏板形式：活動式,可隨時拆下清洗	
8	測量時間：10秒以內	
9	測量精準度%CV：誤差值於0.5%內	
10	超音波中心頻率：500kHz	
11	操作模式：內建微電腦可在測定儀上操作,也可外接電腦操作;可列印報告	
12	電源：AC 110V或220V	
13	重量：15公斤以下	
14	測量分析數據包括：	
	A.%YAM	
	B.%AGE	
	C.T-Score	
	D. Z-Score	
	E.分析圖表	
15	要附裝凝膠的罐子*2	
16	校正器	

●●請確認上表規格之廠商檢核欄位，皆有標明佐證出處或寫出差異處，謝謝

廠商檢核蓋章處：_____