

連續性動靜脈血氧飽和監測儀-功能規格表

項次	項目名稱及規格說明	廠商檢核 標示佐證出處 或 寫出差異
功能規格：		
1	輸入電源電壓110V。	
2	測量SaO2(動脈血氧濃度)數值(40%~90%)。	
3	測量SvO2(靜脈血氧濃度)數值(40%~90%)。	
4	測量HCT(血球比容值)數值(16%~38%)。	
5	具記憶數值功能。	
6	具有設定各參數數值上下限警報。	
7	具顯示參數數值螢幕。	
8	內建充電電池。	
<p>●●請確認上表規格之廠商檢核欄位，皆有標明佐證出處或寫出差異處，謝謝</p>		
<p>廠商檢核蓋草處： _____</p>		