

向上院區-手術燈招標規格表

序	項目	規格說明	廠商確認欄 (符合請勾,無則請說明)
1	型式	天井懸吊雙燈式 (子母燈)	
2	手術燈徑尺寸	外徑達60公分以上 (含)	
3	亮度	160000LUX (±5%)	
4	色溫	為可調式色溫 (4300°K-6500°K)	
5	演色性指數 (CRI)	95 (±5%)	
6	光束深度 (L1+L2)	135cm (±5%)	
7	安規	需符合國際電工規範IEC60601-2-41 (或同等規範)	
8	亮度調整	燈頭上需可調整亮度段數 (5-8段) 及電源開關鍵	
9	可調整光域範圍	16 - 30cm (±5%)	
10	單位輻照度	≤3.6 (Mw/m2 lux)	
11	燈把	可高溫高壓消毒滅菌 (132°C)	
12	懸吊系統	迴轉半徑達182cm (5%) 具有三段設計 (水平延伸、彈簧臂與萬向臂) 可350°旋轉 (燈頭可180°旋轉)	
13	遙控功能	具360度無死角遙控功能 (可開關電源、調整亮度、調整焦距)	
14	電源	110V 60HZ (符合電工規範)	
15	衛福部許可證明	需具備	
16	型錄	需具備	
17	仿單	需具備	
18	每組配件	10支燈把 2支遙控器	
19	全責保固年限	每部皆依院方規範為二年以上全責全機保固	
20	其他說明	燈罩為全密閉一體成型無孔防塵設計 需能配合院方管理規範、進度、工作安全配合相關流程	

111/08 採購課

廠商確認用印處
(以表本案廠商所報規格均符合上表所開)