

光田醫院大甲院區開刀房--一般電燒機

項次	項目名稱及規格說明	廠商檢核 (標示佐證出處或 寫出差異)
一、儀器功能:		
1	1. 主機電源110V，主機具ALARM功能。	
2	2. 單極電燒至少兩輸出孔、雙極至少一輸出孔。	
3	3. 單雙極踏板。	
4	4. 單極切割(CUT)模式ACE、Pure 和 Blend。	
5	5. 單極凝固(COAG)模式標準和噴霧。	
6	6. 單極電燒迴路線。	
7	7. 單極瓦數最高300W、雙極瓦數最高80W。	
8	8. 雙極模式MICRO、MACRO。	
9	9. 頻率300KHZ~600KHZ。	
10	10. 主機可調整音量。	
11	11. 台車(附抽屜)。	

光田醫院採購案規格書

●●請確認上表規格之廠商檢核欄位，皆有標明佐證出處或寫出差異處，謝謝

廠商檢核蓋章處： _____