

光田醫院沙鹿院區開刀房(骨科)-高扭力電池式骨鑽組

項目名稱及規格說明	廠商檢核 (標示佐證出處或 寫出差異)
高扭力電池式骨鑽組	
1. 電池式(使用時間5小時以上)	
2. 手機:	
空轉轉速 > 18000RPM	
正反轉、正轉、反轉	
3. 接頭:	
轉速 > 1350RPM	
扭力 > 13牛頓	
PIN Driver (~4mm)	
AO Driver	
骨鑽接頭(~7.4mm)	
4. 配件:	
充電電池*2	
充電座(110V)	

光田醫院採購案規格書

●●請確認上表規格之廠商檢核欄位，皆有標明佐證出處或寫出差異處，謝謝

廠商檢核蓋章處： _____