

# 光田醫院向上院區眼科-裂隙燈\*1

項目名稱及規格說明	廠商檢核 (標示佐證出處)
<b>裂隙燈</b>	
1.放大倍率6X-40X	
2.裂隙寬度0-14mm	
3.裂隙長度 1-14mm	
4.濾光器:藍紅黃光	
5.數值±10%	
6.水平垂直滑動底座	
7.電腦一套	
8.壁掛式螢幕32吋一組	
9.攝影系統一套	
10.DICOM上傳軟體	
11.電源供應 AC100~240V · 50 / 60 Hz	
12.電動桌	

光田醫院採購案規格書

●●請確認上表規格之廠商檢核欄位，皆有標明佐證出處或寫出差異處，謝謝

廠商檢核蓋章處： \_\_\_\_\_